达领生物

Digital Dry Bath Incubator (Maxi Multi-Format Block)

孔多多-数显恒温金属浴（复合大模块）

目录号

PI018

产品简介

本产品是一款便捷多用、外观新颖的圆盘式金属浴，适用于酶促反应、核酸变性、血清灭活、样品孵育等各类恒温实验场景。仪器搭配数控面板，可自由设定温度与时间，控温精度达±0.5°C，孔间温差小于 0.5°C；采用一体式复合金属大模块，适用于 2.0 mL、1.5 mL 离心管及 0.2 mL 单管或八连排管的恒温孵育需求，使用过程无需更换模块；通过 60 孔位设计，支持大批量实验需求，显著提升实验效率；仪器操作便捷，灵活适配各类实验场景。本产品以稳定的控温性能与便捷的操作体验，为各类恒温实验提供可靠支持。

产品组成

名称	规格
孔多多-数显恒温金属浴（复合大模块） （含电源适配器）	1 台

产品应用

本产品适用于酶促反应、核酸变性、血清灭活、样品孵育等各类恒温实验场景。

产品特点

- 多孔设计：60 孔位设计，支持大批量实验需求；
- 复合模块：多种孔型，不同离心管无需更换模块；
- 程序便捷：37°C、95°C常用温度一键设置；
- 控温准确：快速升温，孔间温差小于 0.5°C；
- 精巧外观：小巧便捷，高颜值外观设计。

规格参数

产品名称	孔多多-数显恒温金属浴（复合大模块）
产品型号	PI018
温度控制范围	室温+5°C~100°C
时间设置范围	1 min ~ 99 h 59 min
控温精度	±0.5°C
孔间温差	±0.5°C
显示精度	0.1°C
加热方式	PI 膜加热
降温方式	自然冷却
输入电源	AC 220 V 50/60 Hz
外形尺寸（W×D×H）	160×189×138 mm
功率	170 W
净重	约 1.5 kg

产品图示



操作指南

1. 将仪器放置在稳固、水平的工作台上，确保电源开关在关闭状态并接通电源。
2. 打开电源开关，显示屏开启，按“时间增加键”、“时间减少键”设置时间，按“温度增加键”、“温度减少键”、“37℃”、“95℃”设置温度。
3. 按下开盖按钮打开盖子，将样品离心管放置在金属模块上相应位置内。
   注：建议按照孔型放置离心管，贴合更好，温控效果更佳（如：1.5 mL 离心管放置于 1.5 mL 离心管孔位中）。
4. 关闭盖子，按“开始/停止键”，显示屏显示实时温度，到达设置温度后，时间开始倒计时，显示剩余时间；

注：显示屏的时间单位为小时:分钟，即 1 min ~ 99 h 59 min。

本产品仅供研究使用，不用于临床诊断。

5. 倒计时结束或长按开始/停止键”，仪器停止运行。

注：高温时，请勿直接用手触摸模块，防止烫伤。

技术支持

本公司产品使用过程中如有任何疑问与建议，欢迎随时与我们联系：product@tsingke.com.cn。

关联产品推荐

产品名称	货号	应用
DNA 凝胶回收试剂盒(安全便捷型)	DLN801	适用于从琼脂糖凝胶或 PCR 产物中回收多至 10 μg DNA
SynScript ® III一管式逆转录试剂（去基因组）	DLR102	一管式一步法逆转录预混液
Trelief ® 5α感受态细胞	DLC101	适用于常规克隆、蓝白斑筛选等实验
粉转转-数控掌上离心机	PI012	适用于微量离心管的定速离心操作

说明书版本号

1.1.1.I018.2611



地址：鄂州市葛店开发区建设大道 256 号东湖高新智慧城 7 栋